

## Tehniskā specifikācija

### **Siltumenerģijas skaitītāju verificēšanas procesam jāatbilst Ministru kabineta noteikumiem Nr. 40 „Noteikumi par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu”**

1. Siltumenerģijas skaitītāju verificēšana : 1,5m<sup>3</sup>/h - **20**gab.; 2,5m<sup>3</sup>/h - **2**gab.; 3,5m<sup>3</sup>/h - **76**gab; 6,0m<sup>3</sup>/h - **62**gab.; 10,0m<sup>3</sup>/h - **49**gab.; 15m<sup>3</sup>/h - **1**gab.
2. Katras mērīšanas līdzekļu partijas verificēšanas laiks nevar būt lielāks par 5 (piecām) darba dienām, pēc Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas. Vienā partijā varētu būt no 8 (astoņiem) līdz 10 (desmit) mērīšanas līdzekļiem.
3. Darbu izpildē ievērot spēkā esošos normatīvos aktus, kā arī nacionālos un Eiropas Savienības standartus, kas ir spēkā attiecībā uz darbiem to izpildes laikā.
4. Gadījumā, ja verificēšanas rezultātā mērīšanas līdzeklis ir atzīts par nederīgu, par to ir jāpaziņo pasūtītājam (jāsastāda atbilstošs akts un jānodod pasūtītājam).
5. Siltumenerģijas skaitītāju partijas saņemšanas vieta – Talsu iela 84, Ventspils.
6. Izpildītājam jānodrošina transporta pakalpojumi.

Piedāvājumu Cenu aptaujai var iesūtīt pa faksu 636 02210, iesniegt Talsu ielā 84, Ventspilī, vai pa e-pastu – [iepirkumi.vsiltums@ventspils.lv](mailto:iepirkumi.vsiltums@ventspils.lv) (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.

Cenu aptaujas piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 03.03.2020. plkst. 14.00

Tālr. 63602215, 29741115

Inženierinspektors

M.Popovs